



OK Medical Systems Sp. z o.o.
 Sp. komandytowa
 ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
 tel. (061) 848 36 80, 848 36 82
 fax (061) 848 36 81
 okmed@okmed.pl
 www.okmed.pl

Poznań, 14.03.2007 r.



Protestujący:

OK Medical Systems sp. z o.o.
 sp. komandytowa
 ul. Warmińska 1
 60-622 Poznań

Zamawiający:

Powiat Wołomiński
 ul. Prądyńskiego 3
 05-200 Wołomin

PROTEST

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, składamy protest wobec czynności podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie w podziale na części: 1. ultrasonograf, 2. aparaty do znieczulenia, 3. defibrylatory, 4. aparat RTG stacjonarny i RTG przyłóżkowy, 5. analizator, 6. fundus kamera okulistyka, 7. gastroscopy, kolonoskop, myjka ultradźwiękowa, 8. respiratory, 9. kardiomonitor, 10. aparaty EKG”,

(dotyczy zadania 4. aparat RTG stacjonarny i RTG przyłóżkowy)

polegających na:

opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję, poprzez wskazanie konkretnych rozwiązań technologicznych, co uniemożliwia ubieganie się o zamówienie innym wykonawcom w tym protestującemu.

Takie postępowanie Zamawiającego narusza art. 7 ust. 1 i 3 , 22 ust. 1 i 2, w związku z rozporządzeniem art. 29 ust. 1 -3 , art. 38 ust. 5, ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 5 kc w zakresie czynienia ze swojego prawa użytku sprzecznego ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji w przypadku dokonania wyboru oferty w oparciu o opisane w specyfikacji graniczne wynagania techniczne oraz podpisania umowy z wybranym wykonawcą zamawiający naruszy art. 146 ust. 1 pkt 5 Prawo Zamówień Publicznych.

Wobec powyższego wnosimy o:

unieważnienie postępowania lub modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w taki sposób, aby umożliwić uczciwą konkurencję w zaoferowaniu aparatu typu ramię C innego niż Ziehm 8000.

O okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia niniejszego protestu powzięliśmy wiadomość dnia 09.03.2007 r., zatem protest składamy w terminie.

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także z odpowiedziami na zadane przez firmę OK Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa pytania otrzymanych w dniu 09.03.2007 r. stwierdzamy, że Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów ustawy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera rażące wady w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Wskazuje ona, bowiem na preferowanie konkretnych rozwiązań technologicznych, ograniczając jednocześnie konkurencję. Zarzuty odnoszą się do opisu:

aparatu RTG stacjonarnego i RTG przyłóżkowego.

Zamawiający opisał parametry techniczne w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w sposób wskazujący na jednego wykonawcę, tj. firmę Timko Sp. z o.o.,



co skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty przez firmę OK Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa, jak również jakąkolwiek inną firmę niż Timko Sp. z o.o.

Opis aparatu typu ramię C dotyczy tylko i wyłącznie modelu Ziehm 8000, którego dystrybutorem w Polsce jest firma Timko Sp. z o.o.

Na zadane przez firmę OK Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa pytania do postępowania: „zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie”, Zamawiający odpowiedział negatywnie blokując tym samym możliwość zaoferowania innego aparatu niż w/w. We wcześniej złożonym proteście przez firmę Medix Sp. z o.o., Zamawiający oddalając protest uzasadnia, że: „wedle informacji posiadanych przez Zamawiającego aparaty firmy Villa Sistemi Medicali oferuje na terenie Polski również np. firma OK Medical Systems. Nie jest więc prawdą, że jedyną firmą, która może złożyć ofertę w niniejszym przetargu jest firma Timko”. Informacja ta nie jest prawdziwa, gdyż z uwagi na to, iż aparat RTG stacjonarny i aparat RTG z ramieniem C są w jednym pakiecie, firma OK Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa może złożyć ofertę jedynie wtedy, jeśli opis ramienia C dopuści możliwość zaoferowania innego systemu niż Ziehm 8000. Firma OK Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa posiada w swojej ofercie cały zakres produktów opisanych w tym przetargu, ale wykaz parametrów technicznych zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla ramienia C wskazujący na aparat Ziehm 8000 uniemożliwia złożenie oferty na cały pakiet 5.

Firma OK Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa jest jedynym wyłącznym dystrybutorem systemów Villa w Polsce i posiada autoryzowany serwis na produkty tej marki. Zastanawiające jest jednak to, jak Zamawiający będzie realizował usługi serwisowe i pogwarancyjne, jeśli kupi taki aparat od innej firmy niż OK Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa.

W związku z przytoczonymi argumentami wnosimy o unieważnienie postępowania lub modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z pytaniami zadanyymi przez firmę OK Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa w taki sposób, aby umożliwić uczciwą konkurencję w zaoferowaniu aparatu typu ramię C innego niż Ziehm 8000.



W oparciu o powyżej przytoczone argumenty prawne i faktyczne protest niniejszy jest całkowicie uzasadniony i powinien zostać przez Zamawiającego uwzględniony.

Z poważaniem

Marcin Adamczak
Dyrektor handlowy

OK Medical™
Systems
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
tel. 061 848 36 80, NIP 781-177-46-96