

W związku z pytaniami do zaproszenia do składania ofert na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, poniżej zamieszczam odpowiedzi:

1. Prosimy o wyjaśnienie treści formularza ofertowego. W pozycji numer 13 zamawiający wymaga respiratora transportowego oraz w pozycji 16 respiratora. Czy zamawiający chce zakupić w tym konkursie dwa respiratory?

Odp. Załącznik nr 1 – „Formularz Ofertowy” poz. 16 :

**- jest - (Respirator – 1 kpl.)
- powinno być - (Defibrylator – 1 kpl.)**

2. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie ambulansu z respiratorem zastępczym w przypadku opóźnienia w dostawie oferowanego respiratora?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza dostarczenie ambulansu z respiratorem zastępczym w przypadku opóźnienia w dostawie oferowanego respiratora.

Dotyczy wymogów technicznych pojazdu:

3. Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy bez dachu z tworzywa sztucznego tylko pojazd o jednolitej konstrukcji.

Odp.: Tak, zamawiający dopuści pojazd bazowy zarówno z dachem z tworzywa sztucznego, jak i pojazd o jednolitej konstrukcji.

4. Czy zamawiający dopuści kabinę kierowcy wyposażoną w dwa pojedyncze fotele bez schowka pod siedzeniem?

Odp.: Tak, zamawiający dopuści kabinę kierowcy wyposażoną w dwa pojedyncze fotele bez schowka pod siedzeniem.

5. Czy zamawiający dopuści wyposażenie pojazdu w czujniki parkowania przednie i tylne na etapie adaptacji ambulansu?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuści wyposażenia pojazdu w czujniki parkowania przednie i tylne na etapie adaptacji ambulansu. Zamawiający wymaga w/w czujników, które będą integralną częścią fabrycznego wyposażenia pojazdu bazowego.

6. Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy bez kierownicy wielofunkcyjnej? Obsługa telefonu z poziomu radia.

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuści pojazdu bazowego bez kierownicy wielofunkcyjnej.

7. Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy wyposażony w lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuści pojazdu bazowego wyposażonego tylko w lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie. Zamawiający wymaga również, aby lusterka zewnętrzne składały się elektrycznie.

8. Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy wyposażony w układ automatycznego włączenia świateł, reflektory w technologii halogenowej?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuści pojazdu bazowego wyposażonego w układ automatycznego włączenia świateł, reflektory w technologii halogenowej. Zamawiający w wymaga świateł do jazdy dziennej typu LED.

9. Czy zamawiający dopuści pojazd wyposażony w dogrzewacz elektryczny PTC o podobnej funkcji jak elektryczne ogrzewanie pomocnicze?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuści pojazdu bazowego wyposażonego w dogrzewacz elektryczny PTC o podobnej funkcji jak elektryczne ogrzewanie pomocnicze.

10. Czy zamawiający dopuści ambulans ze stałą przegrodą działową zgodnie z normą PN - EN 1879?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuści ambulansu ze stałą przegrodą działową.

11. Czy zamawiający dopuści stały fotel na ścianie działowej ze składanym do pionu siedziskiem wyposażony w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa bez przesuwu? Usytuowanie fotela w pobliżu wezglowia pacjenta?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuści ambulansu ze stałym fotelem na ścianie działowej ze składanym do pionu siedziskiem wyposażony w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa bez przesuwu.

12. Czy zamawiając dopuści ambulans bez dodatkowych sygnałów pneumatycznych?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuści ambulansu bez dodatkowych sygnałów pneumatycznych.

13. Czy zamawiający dopuści ambulans bez dodatkowych kierunkowskazów oraz lampy obrysowej w górnej części nadwozia?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuści ambulansu bez dodatkowych kierunkowskazów oraz lampy obrysowej w górnej części nadwozia.

14. Jaki jest termin realizacji dostawy?

Odp.: Zamawiający w postępowaniu na „Zakup i dostawę ambulansu ...” załączniku nr 1 (formularz ofertowy) oczekuje od Wykonawcy przedstawienia daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

15. Czy Zamawiający dopuści następujące wymiary przestrzeni ładunkowej (przedział medyczny): 3450 mm długość, wysokość 1961 mm, szerokość 1832 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wymiary przestrzeni ładunkowej (przedział medyczny): 3450 mm długość, wysokość 1961 mm, szerokość 1832 mm.

16. Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę ambulansu na kołach.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną.

18. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ambulansu spełniającego wymogi normy PN EN 1789 i NFZ oraz na fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, natomiast nie wyraża zgody na pojazd, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie. W związku z tym, iż ambulans będzie użytkowany przez kilku, a nawet kilkunastu kierowców o różnych gabarytach ciała wymagany jest, aby w jak najlepszym stopniu dostosować ergonomię stanowiska pracy do sylwetki kierowcy.

19. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z pojedynczym fotelem obok kierowcy, co umożliwi wykonanie przegrody z drzwiami i umożliwi przejście do/z kabiny kierowcy do przedziału pacjenta?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ambulans z pojedynczym fotelem obok kierowcy.

20. Prosimy o potwierdzenie, że ambulans ma spełniać wymogi normy PN EN 1789, minimum jako typ B, czyli ambulans podstawowy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ambulans, który spełnia wymogi minimum w zakresie normy PN EN 1789.

21. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd bazowy, który po adaptacji na ambulans spełnia wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, oraz ma przedział medyczny o wymiarach: długość 3,10 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ambulans, o wymiarach: szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, ale nie dopuszcza wymiaru długość 3,10 m ponieważ Zamawiającemu zależy na długości przedziału medycznego dla jak najlepszej ergonomii pracy personelu medycznego.

22. Czy Zamawiający wymaga standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ambulans, który posiada standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące.

23. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ambulans, który posiada fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic.

24. Czy dopuszcza się ambulans z reflektorami głównymi LED o szerokiej wiązce światła zamiast funkcji doświetlania zakrętów przez światła przeciwmgielne ? Jest to opcja na którą trzeba długo czekać od momentu złożenia zamówienia, co wydłuża znacząco czas dostawy.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza ambulansu z reflektorami głównymi LED o szerokiej wiązce światła zamiast funkcji doświetlania zakrętów przez światła przeciwmgielne.

25. Czy Zamawiający dopuszcza ergonomiczny fotel u wezglowia noszy bez funkcji przesuwu umożliwiający bezproblemową pracę personelu medycznego ?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela u wezglowia noszy bez funkcji przesuwu.

STAROSTA

Adam Lubiak